

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PRZEŁYWOMIERZY ULTRADŹWIĘKOWYCH SONOELIS SE 404X

Wymagany typ systemu			
Specyfikacja wprowadzanych danych	Wprowadzone dane		Jednostki pomiaru
Wersja konstrukcyjna	kompaktowa, rozdzielna *		-
Odmiana liczydła elektronicznego	ECONOMIC, STANDARD, COMFORT *		-
Nominalny strumień objętości q_p			m^3/h
Maksymalny strumień objętości q_s			m^3/h
Średnica nominalna DN			mm
Rodzaj mierzonej cieczy			-
Zakres temperaturowy mierzonej cieczy			$^{\circ}C$
Cisnienie robocze	16, 40 *		bar
Długość przewodu w wersji rozdzielnej			m
Zasilanie	230V AC, 24V AC, 24V DC *		V
Wyjście impulsowe **	tak nie *	liczba impulsów	l/imp
Wyjście częstotliwościowe - $0 \div q_s$	tak nie *	$0 \div 500$ Hz, $0 \div 1$ Hz, $0 \div 5$ Hz, $0 \div 10$ Hz *	Hz
Wymagane sprawdzenie metrologiczne	tak nie *		-
Wymagania dotyczące wyposażenia ponadstandardowego			
Wyjście RS 485	tak nie *	szybkość transmisji danych adres	-
Wyjście prądowe odpowiadające zakresowi przepływu $0 \div q_s$	tak nie *	$0 \div 20$ mA, $4 \div 20$ mA *	mA
Programowalne wyjście binarne ze stykiem pomocniczym **	tak nie *		-
Informacje o przepływie masowym	tak nie *		-
Pomiar przepływu w obu kierunkach	tak nie *		-
Rozszerzony zakres temperatury $T = -20^{\circ}C \div +180^{\circ}C$	tak nie *		-
Kalibracja na wodę w 4-5 punktach	tak nie *		-
Kalibracja na wodę w 9 punktach	tak nie *		-
Kalibracja na innego rodzaju płyny niż woda	tak nie *		-
Stopień ochrony czujnika przepływu IP68 - wersja rozdzielna z przewodem o długości 6 m	tak nie *		-
Czujnik przepływu wykonany w całości ze stali nierdzewnej	tak nie *		-
Uwagi:			
Zamawiający:			
Adres zamawiającego:			
Telefon kontaktowy:		Fax	

* niepotrzebne skreślić

** dokładna specyfikacja wg instrukcji eksploatacji przepływomierzy ultradźwiękowych SONOELIS SE

Uwaga: Prędkość odpowiedzi bloku liczydła elektronicznego może zostać zmieniona zgodnie z aplikacją po uzgodnieniu z klientem. Standardowo zastosowano filtr ograniczająco - tłumiący.



**Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA**

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznań, tel. 061 847 44 01
fax 061 847 01 92
e-mail: handel@powogaz.com.pl
www.powogaz.com.pl