



## **DECYZJA NR ZT 1056/98**

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosków z dnia 1 lipca 1998 r., nr NT/2056/98 i z dnia 25 listopada 1998 r., nr NT/3206/98 zgłoszonych przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz SA, ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań oraz na podstawie badań wykonanych przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

### **ZATWIERDZAM TYP**

liczników do wody (wodomierzy), skrzydełkowych, jednostrumieniowych, suchych, do wody zimnej, o znaku fabrycznym JS 10, produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA, ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, zwanych dalej "wodomierzami".

Wodomierzom nadaje się znak typu **RP T 98 351**.

Wodomierze spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach), stanowiących załącznik do zarządzenia nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 sierpnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 19, poz. 101).

#### **Charakterystyka**

1	2	3	
Znak fabryczny	-	JS 10	
Średnica nominalna DN	mm	40	
Nominalny strumień objętości $q_p$	m <sup>3</sup> /h	10	
Maksymalny strumień objętości $q_s$	m <sup>3</sup> /h	20	
Pośredni strumień objętości $q_i$	kl. B	m <sup>3</sup> /h	0,8
	kl. A	m <sup>3</sup> /h	1,0
Minimalny strumień objętości $q_{min}$	kl. B	m <sup>3</sup> /h	0,2
	kl. A	m <sup>3</sup> /h	0,4
Klasa obciążeń pomiarowych-pozycja zabudowy	-	A, B-H	
Zakres wskazań liczydła	m <sup>3</sup>	10 <sup>6</sup>	
Wartość działki elementarnej $V_e$	dm <sup>3</sup>	0,5	

1	2	3
Maksymalna temperatura pracy	°C	30
Górne ciśnienie graniczne	MPa	1,6
Maksymalna strata ciśnienia $\Delta p$	kPa	100
Wymiar przyłączeniowy (gwint króćców)	-	G2
Długość wodomierza	mm	300

Cechę legalizacyjną należy nałożyć przez odcisnięcie na plombie zawieszanej na lince przechodzącej przez otwory w końcówkach spinających pierścień mocujący mechanizm zliczający i otwór w łbie korka układu adiustacyjnego.

Wodomierze mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia  
**31 grudnia 2003 r.**

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. Prezesa GUM

*Maria Szeląg*  
WICEPREZES



**PREZES**  
**GLÓWNEGO URZĘDU MIAR**  
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2000-07-10

## **DECYZJA NR ZT 1056/98 - 582/2000**

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2000 r., nr NT/578/00, zgłoszonego przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz SA, ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

### **ZMIENIAM DECYZJĘ**

Nr ZT 1056/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia typu liczników do wody (wodomierzy) skrzydełkowych, jednostrumieniowych, suchych, do wody zimnej, o znaku fabrycznym JS 10, produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA, ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, w sposób następujący:

część dotycząca sposobu nakładania cechy legalizacyjnej otrzymuje brzmienie:

"Cechę legalizacyjną należy nałożyć przez odcisnięcie na plombie zawieszanej na lince przewleczonej przez otwory w końcówkach spinających pierścień mocujący liczydło i otwór w łbie korka zabezpieczającego układ adiustacji lub otwór w występie osłony liczydła i otwór w łbie korka zabezpieczającego układ adiustacji."

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. Prezesa GUM  
*Bl*  
Barbara Lisowska  
W I C E P R E Z E S



**PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**  
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2002-04-03

### **DECYZJA NR ZT 1056/98-262/2002**

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2002 r., nr NT/143/01 uzupełnionego pismem z dnia 11 lutego 2002 r., nr NT/446/02 zgłoszonego przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz SA, ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

### **ZMIENIAM DECYZJĘ**

Nr ZT 1056/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. z późniejszą zmianą Nr ZT 1056/98 – 582/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia typu liczników do wody (wodomierzy skrzydełkowych, jednostrumieniowych, suchych, do wody zimnej, o znaku fabrycznym JS 10, produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA, ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, w sposób następujący:


- 1) w części dotyczącej stwierdzenia zgodności wodomierzy z wymaganiami przepisów metrologicznych, po wyrazach „Nr 19, poz. 101” dodaje się wyrazy „z 1999 r. Nr 6, poz. 51 i Dz. Urz. Głównego Urzędu Miar z 2001 r. Nr 1, poz. 4”,
- 2) w części dotyczącej charakterystyki wodomierzy w tabeli:
  - a) dodaje się wiersz „Znak producenta”,
  - b) wiersz „Klasa obciążeń pomiarowych-pozycja zabudowy” otrzymuje brzmienie:

1	2	3
Znak producenta	-	PoWoGaz
Klasa obciążeń pomiarowych-pozycja zabudowy	-	A, B - H, A - V

- 3) po tabeli dodaje się zdanie w brzmieniu:  
„Wzór podzielnicy wodomierza oraz wzór tabliczki podane są w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.”.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

z up. Prezesa GUM

  
Barbara Lisowska  
W I C E P R E Z E S





**PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**  
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa,

15. GRU 2003

## **DECYZJA NR ZT 1056/98 - 610/2003**

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późn. zm.) i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 września 2003 r., nr TK/2547/03, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 22 września 2003 r., zgłoszonego przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

### **ZMIENIAM DECYZJĘ**

Nr ZT 1056/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. z późniejszymi zmianami Nr ZT 1056/98 – 582/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. i Nr ZT 1056/98 – 262/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia typu liczników do wody (wodomierzy) skrzydełkowych, jednostrumieniowych, suchych, do wody zimnej, o znaku fabrycznym JS 10, produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, w sposób następujący:

skreśla się wyrazy:

„Wodomierze mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 grudnia 2003 r.”.

### **UZASADNIENIE**

Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, zgłosiła wniosek o zmianę terminu wprowadzenia do obrotu lub użytkowania ww. wodomierzy. Analiza formalno-prawna wniosku wykazała, że zmiana decyzji, o którą występuje wnioskodawca, w aktualnym stanie prawnym jest dopuszczalna i wniosek w tym zakresie może być uwzględniony.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Po wyczerpaniu środków odwoławczych strona może wnieść skargę na decyzję z powodu jej niezgodności z prawem bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji skarżącemu.

#### Otrzymują:

1. Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
2. GUM a/a

#### Do wiadomości:

Dyrektorzy OUM

egz. szt. 2.



Z up. Prezesa GUM  
*Aneta Łato-Zuchowska*  
WICEPREZES